

Số: 637/TB-BVDLTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Mời chào giá

Bệnh viện Da liễu Trung ương mời các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ chào giá đăng ký thực hiện dự toán sửa chữa, cung cấp phần mềm thiết bị y tế với các thông tin như sau:

STT	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị	Phương án xử lý	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy siêu âm Model: Arietta V60	Bật máy, sử dụng được khoảng 30 phút máy nóng, bị treo không sử dụng được. - Để máy nghỉ 30 phút đến 60 phút thì siêu âm được 1-2 bệnh nhân lại xuất hiện tình trạng treo máy. - Load lại hình ảnh siêu âm của bệnh nhân chậm, nhiều lúc bị treo.	Sửa chữa hoặc thay thế khối điều khiển nguồn, nâng cấp phần mềm hệ thống, thay thế ổ cứng thiết bị	Chiếc	01	
2	Máy ly tâm Model: Sorvall ST16	+ Máy không hoạt động. + Màn hình không hiển thị. + Kiểm tra sơ bộ bên trong mạch có vết cháy đen, biến dạng bảng mạch. + Các phím bấm chức năng không hoạt động.	Sửa chữa hoặc thay thế khối mạch nguồn, khối mạch điều khiển	Chiếc	01	
3	Máy đo chức năng hô hấp Model: Easy One Pro Lab	Máy bật lúc lên, lúc không lên. Khi khởi động có tiếng kêu lạ	Sửa chữa hoặc thay thế mạch nguồn điều khiển	Chiếc	01	

4	Máy soi cổ tử cung Model: AL-106HDSA/ Medgyn	Chưa có phần mềm kết nối/ phần mềm xử lý, phần mềm lập và in trả kết quả	Cung cấp phần mềm kết nối, phần mềm lập và in trả kết quả soi	Chiếc	02	
5	Máy cắt lạnh Model: HM525/ Thermo	Tay quay cắt mẫu bị nặng, rít, không quay hết vòng, khu vực bàn cắt bị đóng đá	Sửa chữa hệ thống tay quay	Chiếc	01	

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá: Từ ngày 05/4/2024 đến hết ngày 15/4/2024

* Thông tin liên hệ:

- Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương
- Địa chỉ: số 15A Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Số điện thoại: 0243.576.6358
- Email: vttbyt.dltw@gmail.com

* Nhà thầu quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện phải có đủ tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật. *ll*

Nơi nhận:

- Nhà thầu quan tâm;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Lưu VT.



Lê Hữu Doanh